

平成 30 年 6 月 4 日

イオン照射研究施設 (TIARA) で発生した火災につきまして

平成 30 年 6 月 4 日 17 時 41 分頃、イオン照射研究施設 (TIARA) サイクロトロン棟に設置している実験装置であるハロゲンセル内の、電気炉付近に置かれていた樹脂が発火しました。直ちに消火器で消火し、高崎市消防署による鎮火確認もされました。その後状況を確認した結果、放射線源への延焼はなく、線量測定及び汚染検査の結果に異常はありません。また周辺等管理区域外への漏えいなどの影響もないことを確認しております。

皆様にご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げ、再発防止に努めて参ります。