

質問回答書

令和6年4月19日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

依頼番号： R06仮購入依頼-3

件名： 緑色レーザーの購入

質問内容	回答内容
レーザー出力が750mwでレーザーの放熱が必要になります。 レーザー本体の冷却のために「お見積もりにはヒートシンクを含める」ということでよろしいでしょうか。	ヒートシンクは含めてください。