

変更仕様書

1. 件名

波長可変レーザーシステムの購入

2. 変更内容

原公告仕様書に以下記載を追記する。

(変更後)

3. 仕様

- (3) ライン幅： 210～410 nmで 8 cm^{-1} 以下（実用上 5 cm^{-1} 以下。 5 cm^{-1} については、出荷前の工場試験成績書で証明すること。）
410～2600 nmで 5 cm^{-1} 以下

6. 納入場所及び納入条件

(3) 提出書類

出荷前の工場試験成績書、取り扱い説明書、保証書など一式

3. その他 その他の内容については原公告仕様書のとおりとする。

部課（室）名：高崎量子技術基盤研究所

先進ビーム利用施設部

氏名：河裾厚男