

令和9年7月1日

質 問 回 答 書

件名	波長可変レーザーシステムの購入
----	-----------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	3. 仕様の (2)最大パルスエネルギーの所で 可視・近赤外域(410～2500nm)で30mJ以上は、縮帯域の710nm付近や末端の2500nm辺りも30mJ必要でしょうか。	210-410nmで4mJ以上出れば問題ありません。
2	3. 仕様の (3)ライン幅の所で 210～410nmで8cm ⁻¹ 以下(実用上5cm ⁻¹ 以下)の実用上とはどのような意味でしょうか。	5cm ⁻¹ 以下の線幅が実用上必要です。ただし、この値をカタログスペックとして保証することは、各社とも難しいと思われるため、このような記載にしております。5cm ⁻¹ については、出荷前の工場試験成績書で証明して頂ければ問題ありません。