仕様書

1. 件 名 1. 5 T MR I 充填用冷却液体ヘリウム（充填作業含む）の購入
2. 目 的 1. 5 T MR I 装置の性能を維持するため
3. 数 量 5 0 0 L（純度99.995%以上）
4. 納入期限 令和8年2月27日
5. 履行場所 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
Q S T病院 2階 MR I室
6. 仕 様 (1) 納入にあたっては、MR I 装置への納入方法を熟知した者が作業すること。
(2) 装置トランスファー作業を実施すること。
(3) 納入時はMR I 装置メーカー（PHILIPS）担当者と立会いのうえ行うこと。
(4) 実施日時は事前に当機構担当者と調整のうえ決定すること。
7. 提出図書 (1) 納入時に納入物の純度が仕様を満たしていることを確認できる資料を1部提出すること。
提出場所：Q S T病院 医療技術部 診療放射線技術課
8. 検 査 作業終了後、当機構検査職員の立ち会い及び提出図書により、6.仕様に定める項目が満たされ正常に作動または機能することの確認をもって検査合格とする。
9. グリーン購入法の推進 (1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

10. その他

本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、当院担当者と協議のうえ決定するものとする。

(要求者)

部課(室)名：Q S T病院 医療技術部 診療放射線技術課
氏名：田尻 稔