

令和8年1月15日

質問回答書

件名	重粒子線治療管理システム(TMS)用クライアント端末およびモニター調達
----	-------------------------------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	6.2. ソフトウェア要件のMicrosoft Office Personal 2024となっておりますが、Office Home & Business 2024でもよろしいでしょうか。	永続版で、閉域ネットワーク内において Excel、Wordが利用可能であることが最優先条件となります。この条件を満たしていれば、Office Home & Business 2024で問題ございません。
2	HP Pro SFF 400 G9 Desktop PCに関して、モニター付属スタンドを活用し、最小限のオプションパーツで容易に一体型設置できること。と記載があるが、付属の筐体本体を縦置きできるスタンドでよろしいでしょうか。	一体型設置が難しい場合には、筐体本体を縦置きできるスタンドがあれば問題ございません。※現状設置している場所と同じ空間に収まるこことを念頭にしております。そのため、筐体本体のサイズは W:27cm × D:10cm × H:31cm 以下を必須条件としております。記載は縦置きにした場合の幅を基準にしております。(日頃から縦置きでの運用のみを行っており、設置時のスペースとして記載していました)