

令和8年1月30日

質問回答書

件名	重イオン照射ポート用真空設備の整備
----	-------------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	仕様書上では、「真空ポンプセットの構成について図2に従うこと」、との記載がありますが、図2では「参考図」と書かれています。図2の型式指定については参考仕様として扱うことで問題ないでしょうか。	型番は参考ですので、相当品可です。
2	圧空動作式ビームシャッターについてビームシャッターの形状は円筒でも良いでしょうか。	シャッターの形状が曖昧だったので仕様書を修正しました。断面形状は ϕ 100mm以上としてください。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		