

## 変更仕様書

1. 件名 重イオン照射ポート用真空設備の整備

### 2. 変更内容

原契約仕様書 6.1 圧空動作式ビームシャッタ内の項目について、以下のとおり変更する。

(変更前)

長さ 200mm、断面形状 80mm×80mm 以上 (四角若しくは円状) とすること。

(変更後)

長さ 200mm 以上、断面形状  $\phi$  100mm 以上の円筒とすること。

### 3. その他

上記の変更内容の他は、原契約仕様書のとおりとする。

部課名 : 物理工学部

使用者氏名 : 松葉俊哉