

令和8年5月15日

質問回答書

件名	高圧電源等の購入
----	----------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	購入品仕様 3: LEMO ケーブル オスーオス RG174U 100 cm 購入品仕様 4: LEMO ケーブル オスーオス RG174U 200 cm 上記 2 点につきまして、両端のコネクタ規格をお教えてください。	LEMO 00.250シリーズとなります。