

令和8年6月2日

質問回答書

件名	二結晶分光器冷却システムの更新
----	-----------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	<p>協力会社様へご相談を進める中で、本案件における液体窒素(LN2)循環システムについて、高圧ガス保安法対応の要否について確認をいただいております。</p> <p>現時点で弊社確認では、仕様書上に高圧ガス保安法対応に関する明示的な記載は見当たっていない認識ですが、本案件において高圧ガス保安法に基づく対応(申請・届出・設計対応等)が必要となる案件か、ご教示いただけますでしょうか。</p> <p>また、現時点で判断可能な範囲で結構ですので、関連法令上の留意事項等ございましたら併せてご教示いただけますと幸いです。</p>	<p>本案件の質問事項に関しては、仕様書の記載内容の全体をご覧のうえ、ご判断いただきたく存じます。</p> <p>また、本案件は、既設の二結晶分光器冷却システムの更新案件であり、施設側で整備・管理される液体窒素供給設備のLN2配管に接続する構成となっております。</p> <p>受注者においては、仕様書記載事項を満足する設計・製作・据付を実施いただくことを前提としております。</p> <p>なお、留意事項としては、既設設備との接続条件、酸欠防止対策、安全停止機構等への十分な配慮をお願いいたします。</p>