

令和8年6月30日

## 質問回答書

件名	トリチウム処理設備更新用ポンプの購入
----	--------------------

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	接続口が完全に仕様通りとならない場合は、変換継ぎ手や配管と合わせて納入することで相当品としてご検討いただくことは可能でしょうか。	放射性物質であるトリチウムが流れるラインのため、作業安全及び被ばく低減の点から、できるだけ接続継手などは使用を避けたく、相当品としては認めかねますので、ご理解のほどお願い申し上げます。