

令和8年9月14日

質 問 回 答 書

件名	波長可変レーザーシステムの改造
----	-----------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	入札に必要な書類“5.技術審査資料”につきまして、入札前の段階で審査用の資料が必要との理解でよろしいでしょうか。その資料は、仕様書“7.提出図書_改造仕様書”との認識でよろしいでしょうか。	はい。受注後に行う内容を具体的にお書きください。光学系の構築に使う部品類(レンズ、結晶、ミラーなど)については、具体的な品名、型番を記載してください。(異なる波長のレーザー光を効率的にターゲットに導くことが必要になります。) 架台についても、既製品を使う場合は型番を記載してください。光学系については、詳細な設計図面は要しませんが、概要が分かるように概略図などでご説明下さい。二つのレーザーの同時照射を確認するための方法についても、具体的な記載をお願いします。